

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 朱立寿	
	职称: 副主任医师	
	工作单位: 南宁市第一人民医院	
项目信息	项目名称: 高清电子支气管镜	
	项目预算金额: 49 万	
	供应商名称: 广西麦广医疗科技有限公司	
专业人员论证意见	广西国际壮医医院肺病科采购高清电子支气管镜, 科室现只有奥林巴斯290内镜主机, 配套镜头, 控制, 存量内镜均为奥林巴斯原厂体系, 设备接口、图像协议具备专属性等其他品牌镜体无法直接式间接兼容使用。目前仅有奥林巴斯授权供应商广西麦广医疗科技有限公司可提供匹配290主机的支气管镜。符合《广西壮族自治区财政厅关于进一步规范政府采购单一来源采购方式管理的通知》桂财规(2021)4号之第一种适用情形:“(一)只能从唯一供应商处采购的, 即使满足不可替代的专利、专有技术、或者公共服务项目具有特殊要求等, 导致只能从某一特定供应商处采购的; 综上所述, 本次采购高清电子支气管镜符合单一来源采购方式采购。	
专业人员签字		日期: 2026年7月5日

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 刘新	
	职称: 副主任医师	
	工作单位: 南宁市第一人民医院	
项目信息	项目名称: 高清电子支气管镜	
	项目预算金额: 49 万	
	供应商名称: 广西麦广医疗科技有限公司	
专业人员论证意见	广西自治区医院高拟采购高清电子支气管镜, 该医院现有奥林巴斯290内镜主机, 存量内镜配套图文质量控制等均为奥林巴斯原厂体系, 设备接口、图像协议具有专属性, 其他品牌的镜体无法直接或间接兼容使用。 目前仅有奥林巴斯授权供应商(广西麦广医疗科技有限公司)能提供完全匹配290内镜主机的支气管镜。符合《广西壮族自治区财政厅关于进一步规范政府采购单一来源采购方式管理的通知》桂财规(2017)4号文第一种适用情形:“(一)只能从唯一供应商处采购的, 即因使用不可替代的专利、专有技术, 或者公共服务项目具有特殊要求等, 导致只能从某一特定供应商处采购的。”综上所述, 本次采购高清电子支气管镜符合单一来源采购方式采购。	
专业人员签字	刘新	日期: 2026年7月15日

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 欧灿纯	
	职称: 主任医师	
	工作单位: 南宁市第五人民医院	
项目信息	项目名称: 高清电子支气管镜	
	项目预算金额: 49 万	
	供应商名称: 广西麦广医疗科技有限公司	
专业人员论证意见	广西国社医院拟采购的高清电子支气管镜,其内镜主机为奥林巴斯290系列,内镜附件均为奥林巴斯原厂一体化附件,整套设备配件接口,数字图像传输协议,图像处理方法均为厂商独有专利技术,不对外开放第三方产品。本次拟采购的高清电子支气管镜仅能适配奥林巴斯290系列整套镜体,其他品牌镜体无法兼容自行性产品具有不可替代性。 广西麦广医疗科技有限公司是广西区域内唯一获得奥林巴斯官方授权,可供应奥林巴斯290系列支气管镜的合法经销商,供应渠道具有唯一性。 本项目符合《中华人民共和国政府采购法》第二十一条第一款,《政府采购法》非招标采购方式管理办法(财政部第74号)相关规定:只从唯一供应商处采购的法定情形,不存在能够以同等适配、同等价格替代产品的其他经销商,综上所述,本次拟购高清电子支气管镜符合单一来源采购方式采购。	
专业人员签字	欧灿纯	日期: 2016 年 7 月 15 日